

ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА

Николе Тесле бр. 4. Матични број: 17682547

Текући рачун: 840-768661-29 ПИБ: 104969497

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/2020)

v n v h v j e

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АПАРАТА кардиотокографа

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:

- Дом Здравља Медвеђа
 - Никоде Тесле 4

ВРСТА НАРУЧИОЦА:

- #### - Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА: набавка на коју се закон не примењује- набавка

Процењена вредност набавке је 300.000 дин без ПДВ

Предмет јавне набавке је набавка услуга набавка медицинског апарат за фтизијатрију (набавка на коју се закон не примењује) према спецификацији која је саставни део позива.

Назив из општег речника набавки : CPV 33100000 - Medicinska oprema

Право на учешће у поступку имају сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове из Закона о јавним набавкама. Услови и начин за доказивање испуњености услова одређен је законом о јавним набавкама мале вредности.

Понуда се може доставити наручиоцу електронском путем, поштом или лично у канцеларији 33 или послати електронским путем а по објављивању позива на сајту ДЗ Медвеђа и слањем понуда евентуалним понуђачима.

Рок за доставу понуда је 06.12. 022 у 12,30,
Отварање понуда 06.12.022 . у 12,45 часова

За Дом здравља Медвеђа
директор др Драган Анђелковић

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРАТА КАРДИОТОКОГРАФ (цтг)

- АНТЕПАРТАЛНИ ФЕТАЛНИ МОНИТОР који приказује
- ФХР – срчани тонус фетуса
- ФМ аутоматско праћење покрета плода
- УЦ контракције труднице
- Апарат треба да поседује ултразвучну и ТОКО СОНДУ или опционо 2 сонде
- 7" ЛЕД/ЛЦД екран,
- Снимање и до 150 записа у меморији апаратра
- Маркер догађаја
- Водоотпорне сонде
- Могућност повезивања на централни мониторинг
- Дупло пулсирајућа сонда
- Фреквенције ултразвука 0,985 мхз
- Интезитет 10мв/цм 2 или мање
- ФХР опсег 30-240 бмп ФХР
- Прецизност +- 2%
- УЦ спољни тип
- Мерни осег 0-99
- Контрола базне линије
- ФМ аутоматско препознавање покрета близанаца

